

Bilag 2 – Kravsspecifikationer

Hjælpemidler til lysbehandling

A. Rødt natlys

Tilbudsgiver (virksomhedens navn):

Udfyldt af (fornavn og efternavn):

Dato:

Nr.	Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Rødt natlys		
A1	Det tilbudte produkt skal være CE-mærket.		
A2	Rødt eller ravgult lys med en farvetemperatur omkring 2500 Kelvin og en lysstyrke på under 150 lux samt en Circadian Stimulus faktor på under 0,1. Dokumentation herfor skal vises ved Aarhus Kommunes (AAK) forlangende.		
A3	Opsætning og installation Lyset skal kunne tilsluttes en 2-benet stikkontakt eller have et USB-stik samt kunne lyse med de ønskede indstillinger. Lyset skal kunne flyttes mellem rum og lejligheder af en person.		
Nr.	Evalueringskrav	Underkriterium	Vægt
A4	Opsætning og installation Det vægter positivt, at lyset kan monteres af en person uden forudgående kendskab til produktet. Det kan være via en skriftlig dansksproget quickguide i papirform eller elektronisk.	Kvalitet	20%
A5	Betjening Det vægter positivt, at betjeningen er naturlig og intuitiv med et minimum af arbejdsgange og tryk, så borger selv kan betjene lyset.	Kvalitet	20%
A6	Automatisk styring Det vægter positivt, at lyset kan styres automatisk f.eks. via en timer funktion.	Kvalitet	20%
A7	Design Det vægter positivt, hvis lyset og lyskilden designmæssigt signalerer hjemlighed og passer ind til generationen af borgere i plejeboliger i AAK.	Kvalitet	15%
A8	Rengøring Det vægter positivt, hvis lyset og lyskilden kan rengøres i henhold til Statens Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for desinfektion i sundhedssektoren, findes på: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da	Kvalitet	10%
A9	Ravgult arbejdslys Det vægter positivt, hvis lyset kan øges i lysstyrke til et mere ravgult lys således personale fra denne ene lyskilde har nok lys til at foretage f.eks. et bleskift om natten. Farvetemperaturen bør være omkring 2700 Kelvin og lysstyrken skal være under 150 lux samt en Circadian Stimulus faktor på under 0,1.	Kvalitet	10%
A10	Data Det vægter positivt, hvis perioden, hvor lyset har været tændt, kan registreres og præsenteres.	Kvalitet	5%

Hjælpemidler til lysbehandling

B. Lysguidning

Tilbudsgiver (virksomhedens navn):

Udfyldt af (fornavn og efternavn):

Dato:

Nr.	Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Lysguidning		
B1	Det tilbudte produkt skal være CE-mærket.		
B2	Rødt eller ravgult lys med en farvetemperatur omkring 2500 Kelvin og en lysstyrke på under 150 lux samt en Circadian Stimulus faktor på under 0,1. Dokumentation herfor skal vises ved Aarhus Kommunes forlangende.		
B3	Opsætning og installation Lyset skal kunne tilsluttes en 2-benet stikkontakt og kunne tåle installation og brug på et badeværelse. Én person skal kunne montere lyset under en seng og på badeværelse samt kunne flytte lyset mellem rum og lejligheder.		
B4	Automatisk styring med bevægelsessensor Lyset skal kunne styres automatisk og kunne tændes med en bevægelsessensor.		
Nr.	Evalueringskrav	Underkriterium	Vægt
B5	Indstilling og programmering Det vægter positivt, hvis lyset er intuitivt og nemt kan programmeres af personalet uden behov for uddannelse heri f.eks. via en quickguide.	Kvalitet	20%
B6	Betjening Det vægter positivt, at betjeningen er naturlig og intuitiv med et minimum af arbejdsgange og tryk for personale og pårørende.	Kvalitet	20%
B7	Design Det vægter positivt, hvis lyset og lyskilden designmæssigt signalerer hjemlighed og passer ind til generationen af borgere i plejeboliger i AAK.	Kvalitet	20%
B8	Rengøring Det vægter positivt, hvis lyset og lyskilden kan rengøres i henhold til Statens Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for desinfektion i sundhedssektoren, findes på: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da	Kvalitet	15%
B9	Ravgult arbejdslys Det vægter positivt, hvis lyset kan øges i lysstyrke til et mere ravgult lys således personale fra denne ene lyskilde har nok lys til at foretage f.eks. et bleskift om natten. Farvetemperaturen bør være omkring 2700 Kelvin og lysstyrken skal være under 150 lux samt en Circadian Stimulus faktor på under 0,1.	Kvalitet	15%
B10	Data Det vægter positivt, hvis perioden, hvor lyset har været tændt, kan registreres og præsenteres.	Kvalitet	10%

Sansestimulerende dyner og tæpper

C. Dyne

Tilbudsgiver (virksomhedens navn):

Udfyldt af (fornavn og efternavn):

Dato:

Nr.	Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Dyne		
C1	Det tilbudte produkt skal være CE-mærket.		
C2	Mål og vægt Dynen skal måle min. 130 cm. og max. 150 cm. i bredden og min. 200 cm. og max. 220 cm. i længden. Dynen må maksimalt veje 6 kg.		
Nr.	Evalueringskrav	Underkriterium	Vægt
C3	Rengøring Det vægter positivt, hvis dynen kan vaskes og tørres i maskiner med min. kapacitet på 7 kg. i henhold til Statens Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, findes på: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-tekstiler.pdf?la=da Det vægter positivt, hvis dynen er syet i inkontinensmateriale eller kan påsættes et inkontinensbetræk.	Kvalitet	35%
C4	Stimulering Det vægter positivt, at dynen kan afgrænse og omslutte kroppen og derigennem give ro og tryghed samt, at dynen kan stimulere berørings- og muskel/led-sansen.	Kvalitet	30%
C5	Deling af dyne Det vægtes positivt, hvis dynen kan deles i to eller flere dele.	Kvalitet	20%
C6	Påsætning af dynebetræk Det vægtes positivt, at dynen kan løftes og håndteres af loftlifte, så medarbejderne undgår tunge løft af dynerne ved påsætning af betræk jf. AT-vejledning løft, træk og skub (https://amid.dk/regler/at-vejledninger/loeft-traek-skub-d-3-1/).	Kvalitet	15%

Sansestimulerende beklædning

D. Vest

Tilbudsgiver (virksomhedens navn):

Udfyldt af (fornavn og efternavn):

Dato:

Nr.	Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Vest		
D1	Det tilbudte produkt skal være CE-mærket.		
D2	Tilpasning Vesten skal kunne afgrænse og omslutte kroppen ved en lukkemekanisme med mulighed for justeringer.		
D3	Størrelse og vægt Vesten skal kunne tilbydes i forskellige størrelser og vægt. Der skal kunne tilbydes størrelse fra XXS til XXL.		
Nr.	Evalueringskrav	Underkriterium	Vægt
D4	Rengøring Det vægter positivt, hvis vesten kan vaskes og tørres i maskiner med min. kapacitet på 7 kg. i henhold til Statens Serum Instituts National Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, findes på: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-tekstiler.pdf?la=da	Kvalitet	30%
D5	Vægt Det vægter positivt, hvis vesten vægtmæssigt ligger mellem 0,75 kg. og 4 kg. i forhold til størrelse på vesten.	Kvalitet	30%
D6	Stimulering Det vægter positivt, hvis vesten kan stimulere berørings- og muskel/led-sansen og derigennem give ro og tryghed.	Kvalitet	25%
D7	Iklædning Det vægter positivt, at borgeren selv kan tage vesten på eller ved hjælp fra én medarbejder.	Kvalitet	15%

Hjælpemidler til kognitiv behandling (inkl. Dukke-terapi)

E. Sovende dyr

Tilbudsgiver (virksomhedens navn):

Udfyldt af (fornavn og efternavn):

Dato:

Nr.	Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Sovende dyr		
E1	Det tilbudte produkt skal være CE-mærket.		
E2	Naturlig Dyrene skal virke naturlige og ligne gængse danske kæledyr som f.eks. hunde og katte.		
E3	Vejrtrækning. Dyrene skal simulere vejrtrækning med rytmisk bevægelse.		
Nr.	Evalueringskrav	Underkriterium	Vægt
E4	Lyd Det vægter positivt, hvis dyrene ved simpel aktivering af tænd/sluk kan generere og simulere en naturlig lyd, så det lyder som om de f.eks. spinder eller trækker vejret.	Kvalitet	30%
E5	Tænd/sluk Det vægter positivt, hvis dyrene ved simpel aktivering af tænd/sluk kan simulere vejrtrækningen.	Kvalitet	30%
E6	Blød overflade Det vægter positivt, hvis dyrene har en blød overflade så borgerne kan nusse og kæle med dyrene. Dyrene skal være udformet, så de kan ligge i skødet på borgerne og udformet så de kan krammes.	Kvalitet	20%
E7	Rengøring Det vægter positivt, hvis dyrene kan rengøres og desinficeres henhold til Statens Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, findes på: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-tekstiler.pdf?la=da	Kvalitet	20%

Hvilestole og lænestole

F. Gyngestol

Tilbudsgiver (virksomhedens navn):

Udfyldt af (fornavn og efternavn):

Dato:

Nr.	Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Gyngestol		
F1	Det tilbudte produkt skal være CE-mærket.		
F2	Gyngende bevægelse Gyngestolen skal kunne generere en gyngende bevægelse i længderetningen.		
Nr.	Evalueringskrav	Underkriterium	Vægt
F3	Sikkerhed ved rejse/sætte sig Det vægter positivt, at gyngestolen har en sikkerhedsfunktion, som f.eks. automatisk lås af gyngendebevægelsen, når borgerne rejser eller sætter sig i stolen.	Kvalitet	25%
F4	Design Det vægter positivt, hvis gyngestolen har et enkelt og klassisk design, der signalerer hjemlighed og passer ind til generationen af borgere i plejeboliger i AAK. Der skal være mulighed for forskellige farver.	Kvalitet	20%
F5	Komfort og højde Det vægter positivt, hvis gyngestolen er komfortabel at sidde i. Det vægter positivt, hvis stolen skal have en min. sædehøjde på 30 cm. og max. højde på 45 cm., så borgerne har let ved at rejse og sætte sig fra stolen.	Kvalitet	20%
F6	Rengøring Det vægter positivt, hvis gyngestolen kan rengøres og desinficeres henhold til Statens Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, findes på: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-tekstiler.pdf?la=da	Kvalitet	20%
F7	Fodskammel Det vægter positivt, hvis gyngestolen kommer med en fodskammel som designmæssigt passer til stolen i udformning og design. Det vægter positivt, at fodskamlen er komfortabel at lægge fødder op på, har bløde kanter og minimum har højde på 30 cm.	Kvalitet	15%

Hjælpemidler til træning af hukommelse

G. Skulpturelle dyr

Tilbudsgiver (virksomhedens navn):

Udfyldt af (fornavn og efternavn):

Dato:

Nr.	Nedenstående mindstekrav skal være opfyldt for Skulpturelle dyr		
G1	Det tilbudte produkt skal være CE-mærket.		
G2	Naturlig Dyrene skal virke naturlige og ligne gængse danske dyr i udformning, størrelse og design. Der skal minimum kunne tilbydes 10 forskellige dyr.		
G3	Anvendelse Dyrene skal kunne anvendes både indendørs og udendørs.		
Nr.	Evalueringskrav	Underkriterium	Vægt
G4	Opsætning Det vægter positivt, hvis dyrene kan sættes fast så de modstår dansk vind og vejr året rundt. Dyrene skal kunne monteres af en person ud fra en vejledning.	Kvalitet	40%
G5	Variation Det vægter positivt, hvis der kan tilbydes flere end 10 forskellige dyr, der findes i den danske natur.	Kvalitet	25%
G6	Rengøring Det vægter positivt, hvis dyrene kan rengøres og desinficeres henhold til Statens Serum Instituts Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, findes på: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-tekstiler.pdf?la=da	Kvalitet	20%
G7	Lyd Det vægter positivt, hvis dyrene kan give en naturlig dyrelyd ved aktivering. Det skal være muligt at kunne tænde og slukke for lyden.	Kvalitet	15%